

Numer zapytania	Z62/52/1
Tytuł zapytania	Przepływomierz masowy
Kupiec prowadzący:	Kmiecik, Stanisław
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-03-22 14:26:38
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-03-22 15:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-03-29 15:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-03-29 14:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Polwax S.A. zaprasza do składania ofert na przepływomierz masowy o parametrach:

- licznik masowy zamontowany na rurociągu produktowym DN80
- przetwornik pomiarowy połączony z licznikiem za pomocą kabla sygnałowego
- reset licznika za pomocą kasety z jednym przyciskiem, licznik nieizolowany
- dokładność do 0,5%
- medium masa parafinowa/parafina, temperatura 80-110 st.C, lepkość 3,5-16 mPas, gęstość 780-800 kg/m3
- ciśnienie pompy ~6 bar, wydajność pompy do 60 m3/h
- napięcie dostępne na instalacji 230V, strefa niezagrożona wybuchem

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Zapytanie ofertowe przepływomierz.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Przepływomierz masowy		1	szt.	Armatura

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.8	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Gwarancja	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie
3.	Termin płatności	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Miejsce dostawy: siedziba
2.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie