

Numer zapytania	Z50/3149/1
Tytuł zapytania	Penetrometr
Kupiec prowadzący:	Jajko, Grzegorz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-06-22 11:03:13
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-06-22 12:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-07-06 15:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-07-03 13:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Polwax S.A. zaprasza do składania ofert na:

Penetrometr

Szczegółowy opis/parametry/wyposażenie:

- Penetrometr w pełni automatyczny, posiadający sworzeń o masie 47,5+/- 0,05g
- Igły penetracyjne zgodne z ASTM D1321 i EN 1426
- Automatyczne wykrywanie powierzchni
- Przyrząd do pomiaru temperatury z dokładnością min. 0,1°C
- Łażnia chłodząca
- Pozyskiwanie szybkich wyników – ustawione odpowiednie metody
- Szeroki zakres zastosowań – produkty asfaltowe i parafinowe
- Zintegrowane statystyki i obsługa danych
- Instrukcja w języku polskim
- Montaż aparatu w laboratorium i szkolenie

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	zapytanie Penetrometr.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Penetrometr		1	szt.	Sprzęt laboratoryjny

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.9	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Gwarancja	0.05	Tak	Zwyżkowy	Nie
3.	Termin płatności	0.05	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Miejsce dostawy: siedziba
2.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie