Numer zapytania	Z2/3149/1
Tytuł zapytania	Przepływomierz wirowy do pomiaru przepływu pary wodnej
Kupiec prowadzący:	Jajko, Grzegorz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-04-02 08:35:57
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-04-02 09:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-04-10 15:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-04-10 15:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Polwax S.A. zaprasza do składania ofert na przepływomierz wirowy do pomiaru przepływu pary wodnej.

1. Szczegółowy opis parametrów technicznych:

- Przyłącz: między kołnierzowy DN50
- Medium: para wodna
- Środowisko pracy: -40 do 400 st. C
- Dla stref niezagrożonych wybuchem
- Zintegrowany pomiar temperatury
- Zakres prądowy: 4-20 mA (NAMUR)

Miejsce dostawy:

38-200 Jasło, ul. 3 maja 101

DAP według Incoterms 2010.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	zapytanie ofertowe - przepływomierz.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Przepływomierz wirowy do pomiaru przepływu pary wodnej		1	szt.	Armatura

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.9	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Gwarancja	0.05	Tak	Zwyżkowy	Nie
3.	Termin płatności	0.05	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
Brak pozycji	

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie