

Numer zapytania	Z154/54/1
Tytuł zapytania	Gęstościomierz oscylacyjny - 1 sztuka
Kupiec prowadzący:	Rymarz, Arkadiusz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-09-06 13:42:07
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-09-06 14:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-09-22 15:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-09-21 10:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:

Gęstościomierz oscylacyjny – 1 szt.

Szczegółowy opis parametrów technicznych:

Gęstościomierz oscylacyjny z dokładnością do 3-go miejsca po przecinku.

Zakres temperatury 15⁰C do 40⁰C.

Wzorcowanie w Głównym Urzędzie Miar w jednej temperaturze w 3 gęstościach.

Uruchomienie oraz szkolenie.

Aparat ma być wykorzystywany do oznaczania gęstości produktów ciemnych takich jak pozostałość próżniowa po destylacji ropy i olejów odpadowych.

Miejsce dostawy:

38-200 Jasło

ul. 3-go Maja 101

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Zapytanie ofertowe gęstościomierz oscylacyjny.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Gęstościomierz oscylacyjny z dokładnością do 3 go miejsc po przecinku		1	szt.	Sprzęt laboratoryjny

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.9	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin płatności	0.05	Tak	Zwyżkowy	Nie
3.	Gwarancja	0.05	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
	Brak pozycji

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie