

Numer zapytania	Z66/52/1
Tytuł zapytania	Pomost jezdny montażowy z poręczą
Kupiec prowadzący:	Kmiecik, Stanisław
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-03-28 10:34:36
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-03-28 11:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-04-04 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-04-04 11:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania
Polwax S.A. zaprasza do składania ofert na pomost jezdny montażowy z poręczą . 1. Podstawowe dane techniczne: 1.1. 4 stopnie z blachy ryflowanej 1.2. Wysokość 80 – 85 cm 1.3. Poręcz jednostronna

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Zapytanie ofertowe pomost.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Pomost jezdny montażowy z poręczą		1	szt.	Pozostałe

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.85	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Gwarancja	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie
3.	Termin płatności	0.05	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Miejsce dostawy: siedziba
2.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie