

Numer zapytania	Z31/54/1
Tytuł zapytania	Pompy do pompowania kondensatu pary wodnej o temperaturze 90 st. C - 3 sztuki
Kupiec prowadzący:	Rymarz, Arkadiusz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2022-04-07 10:14:05
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2022-04-08 08:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2022-04-20 15:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2022-04-14 09:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Pompy do pompowania kondensatu pary wodnej o temperaturze 90 st. C - 3 sztuki

Szczegółowy opis parametrów technicznych:

Pompa typ 40 PJM 160 z silnikiem 1,5kW/2900obr/min, 400V - 2 szt.

Pompa typ SKA3.01.1.1010.5 z silnikiem 0,75kW/400V - 1 szt.

Miejsce dostawy:

38-200 Jasło

ul. 3 Maja 101

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Zapytanie ofertowe pompy do pompawania condensatu pary wodnej o temperaturze 90 st C - 3 szt_.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Pompy do pompowania kondensatu pary wodnej o temperaturze 90 st. C		3	szt.	Armatura

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.9	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Gwarancja	0.05	Tak	Zwyżkowy	Nie
3.	Termin płatności	0.05	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
	Brak pozycji

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie