

Numer zapytania	Z53/52/1
Tytuł zapytania	Termostat chłodząco-grzejący
Kupiec prowadzący:	Kmiecik, Stanisław
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-02-20 10:13:40
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-02-20 11:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-02-27 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-02-27 10:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Polwax S.A. zaprasza do składania ofert na:

Termostat chłodząco-grzejący

Podstawowe dane techniczne:

Termostat chłodząco-grzejący z łąnią ze stali nierdzewnej. Wyjście cyrkulacyjne do termostatowania obiektu zewnętrznego, pompa tłocząca o sześciostopniowej regulacji mocy. Wyświetlacz monochromatyczny typu TFT LCD. Wprowadzanie parametrów sterowania za pomocą klawiszy dotykowych i kursora. Wyświetlanie: aktualnej i nastawianej temperatury z rozdzielczością 0,01oC. Zabezpieczenie przed przegrzaniem i zbyt niskim poziomem cieczy w łaźni. Interfejs mini-USB w standardzie. Energooszczędny i ekologiczny system chłodzenia z automatycznie sterowanym kompresorem.

Kranik spustu cieczy z tyłu termostatu.

Podstawowe parametry techniczne

Temperatura zakresu pracy: od -30 do 150oC lub od -25 do 200 oC

Kontrola temperatury w łaźni: +/-0,04 oC lub mniejsza

Objętość łaźni: około 9 -12 litrów

Otwór w łaźni: 200 x 200 mm

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Zapytanie ofertowe termostat.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Termostat chłodząco-grzejący		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.8	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Gwarancja	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie
3.	Termin płatności	0.05	Tak	Zwyżkowy	Nie
4.	Referencje	0.05	Nie	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Miejsce dostawy: siedziba
2.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie